RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024

A licitação em epígrafe tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos médico-hospitalares destinados ao uso do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI e dos municípios consorciados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Nos dias 16 de janeiro de 2025, foi recebido um Pedido de Esclarecimento por parte da empresa **Aramed Comércio e Serviços Ltda** (CNPJ: 54.124.161/0001-16) interessada na licitação, via meio eletrônico.

Considerando a tempestividade do pedido e o questionamentos por ora apresentado, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI, manifesta a seguinte resposta ao Pedido de Esclarecimento, de acordo com as razões de fato e de direito a seguir.

1. DO QUESITO A SER ESCLARECIDO

➔Questionamento: Referente ao item 244:

"Pás para eletrodo multifuncionais ADULTO - Pás para eletrodo multifuncionais descartáveis para desfibrilador – ADULTO – COMPATIVEL Desfibrilador Externo Automático (DEA) Life 400 Futura - CMOS Drake."

O equipamento possui duas cores de conector preta ou azul, (MODELO NOVO E MODELO ANTIGO). Favor informar a cor correta, pois a conexão das 02 é diferente, muito obrigada.

RESPOSTA: Após resposta do setor requisitante, por meio do memorando 008/2025, os municípios interessados no item relataram a necessidade das pás para eletrodo, o conector ser na COR PRETA. Adicionalmente, o item 246, por se tratar do mesmo modelo (Desfibrilador Externo Automático (DEA) Life 400 Futura - CMOS Drake), também será na mesma cor.

União da Vitória/PR, 20 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA BARCYSCYN
Data: 20/01/2025 16:29:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Barcyscyn
Pregoeira do CISVALI
Ato de Conselho 759/2024